


Secteur  
**MICHAUDVILLE**  
Identité de la machine  
**1227**  
Composant  
**Transmission (Auto)**  
Fluid  
**TES SYN 295 (--- GAL)**



**DIAGNOSTIC**

**Recommendation**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) TES SYN 295. Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

**Usure**

All component wear rates are normal.

**Contamination**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**État Du Fluide**

The AN level is acceptable for this fluid. The condition of the fluid is suitable for further service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			<b>PC0076041</b>	PC0082244	PC0075983
Date d'échant.	Client Info			<b>17 Dec 2023</b>	20 Sep 2023	20 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>4324</b>	3825	3341
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée	Client Info			<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL





CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method		>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
PQ		ASTM D8184*	>50	<b>0</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>91</b>	85	44
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>52</b>	49	16
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>50</b>	49	20
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>18</b>	17	5
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>5</b>	5	2
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	85	<b>98</b>	93	52
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>1</b>	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>2</b>	2	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>45</b>	42	25
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	200	<b>269</b>	301	130
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>6</b>	6	4
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1500	<b>686</b>	696	349
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>7</b>	7	4
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>6</b>	8	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	5	2

FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	<b>1.26</b>	---	---








VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37.0	36.3	36.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	7.2	7.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	165	166	160

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					
Fond					

## GRAPHIQUES



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0076041 **Reçu** : 18 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02603883 **Diagnostiqué** : 19 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5696968 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : IND 2 ( Additional Tests: KV100, TAN Man, VI )

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.